

المواصفات الفنية للمصول الخاصة بفحص اصناف الدم والمطابقة

الرمز الوطني	المادة
40-000-001	Anti -A
40-000-002	Anti-B
40-000-003	Anti-D
41-000-001	Bovine serum Albumin
41-000-002	Anti human Globulin serum (Coombs test)
40-000-032	Low ionic strength solution

المواصفات (يجب ان يثبت مايلي على الفيال والعلبة او احدهما)

- ١- ان يكون الوصف العلمي للمادة مثبت على الفيال والعلبة
- ٢- اسم الشركة والموقع الالكتروني مع ذكر البلد المنشأ على العلبة
- ٣- رقم الوجبة (Lot . NO) مع تواريخ الانتاج والنفاد
- ٤- درجة الخزن (الحفظ) للمادة / التعديل يكون باضافة عبارة درجة الحرارة خلال خزن ونقل وحفظ المادة بما يضمن فعالية المادة ضمن المدة المطلوبة
- ٥- بالاضافة الى النقاط اعلاه يجب ان يطون باركود مثبت على العلبة الحاوية للمواد
- ٦- يجب ان ترفق النشرة العلمية الخاصة بالمادة في داخل علبة الفيال
- ٧- ان تكون المادة حاصلة على شهادة FDA او CE وتثبت على الفيال والعلبة الحاوية للمادة

40-000-001	Anti -A
40-000-002	Anti-B
40-000-003	Anti-D
41-000-001	Bovine serum Albumin
41-000-002	Anti human Globulin serum (Coombs test)
40-000-032	Low ionic strength solution

Technical specifications serum's for testing blood types and matching

*Specification the following must be shown on the (vial and box or one of them)

- The scientific description of the material must be affixed to the vial and the package
- The company name and website and the country of origin mentioned on the package
- Lot number (Lot.NO) with production and expiration dates
- Storage degree (preservation) of the material **the modification** is by adding the phrase temperature during the storage transport and preservation of the material in away that ensures the effectiveness of the material within the required period
- In addition to the points above a barcode must be affixed to the package containing the materials
- The internal prescription of the medication for the materials must be attached to the vial package
- The material must have an FDA or CE certificate and be affixed to the vial and package containing the material

